

в сочетании с удовлетворительными результатами физического и химического контроля.

При обнаружении неудовлетворительных результатов контроля в процессе стерилизационного цикла и после его окончания загрузку считают непростерилизованной.

В этом случае аппарат прекращают использовать, анализируют правильность осуществления режима стерилизации, правильность загрузки, упаковки, соответствие индикатора режиму стерилизации и исправность аппарата. При обнаружении неисправности специально выделенный сотрудник, ответственный за проведение стерилизации, вызывает представителя сервисной службы для ее устранения.

Кроме того, ***контроль стерильности стоматологических инструментов*** проводят бактериологические лаборатории центров госсанэпиднадзора 2 раза в год или бактериологические лаборатории лечебных учреждений 1 раз в месяц, в соответствии с «Инструкцией по бактериологическому контролю комплекса санитарно-гигиенических мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях (отделениях хирургического профиля, в палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии)» (Приложение 2 к приказу МЗ СССР №720 от 31 июля 1978г.).

Контролю на стерильность подлежат не менее 1 % общего количества простерилизованного инструментария, но не менее 3-5 единиц одного наименования.

Отбор проб осуществляется путем:

- непосредственного погружения мелких инструментов в стерильную питательную среду;
- взятия смывов с крупных инструментов стерильными марлевыми салфетками 5x5 см, увлажненных стерильным физиологическим раствором, которые затем засевают на питательные среды (бульон Сабуро или тиогликолевую среду).

Инструменты считаются стерильными при отсутствии роста вегетативных и спорообразующих форм микроорганизмов.