ческую обработку или погружение в дезинфицирующие растворы, в концентрированные растворы перекиси водорода. Термической стерилизации подлежат полотенца, салфетки, тампоны, ватные шарики, стеклянная посуда и стоматологический инструмент. Холодной стерилизации подлежат имедиат-протезы, защитные пластинки, obturatory, зеркала стоматологические и ряд других инструментов, не выдерживающих термической стерилизации.

В качестве дезинфицирующего средства, за исключением наконечников к бормашинам, используют 6%-ный раствор перекиси водорода в смеси с моющим средством «Лотос». Для обработки наконечников используют 3%-ный раствор хлорамина, или 70%-ный спирт этиловый.

Перекись водорода относится к группе окислителей. Выпускается промышленностью в виде раствора, содержащего 27,5–33% перекиси водорода, под названием «Пергидроль». «Пергидроль» – прозрачная жидкость без цвета и запаха. При хранении в закрытой таре при комнатной температуре в течение месяца концентрация перекиси водорода снижается не более, чем на 0,5 – 0,7%. Растворы пергидроля с содержанием 3 – 6% перекиси водорода обладают бактерицидным и спороцидным действием, нетоксичным для людей.

Растворы перекиси водорода с моющими средствами в рекомендуемых концентрациях – прозрачные жидкости с желтоватым оттенком, не имеют неприятного запаха, не портят обрабатываемые предметы, слабо корродируют металлы, обладают одновременно дезинфицирующими и моющими свойствами, что позволяет объединить процессы дезинфекции и мойки.

Антимикробная активность перекиси водорода с моющими средствами зависит от вида микроорганизма и увеличивается с повышением температуры раствора.

Дезинфекция помещений

Во врачебных кабинетах, зуботехнической лаборатории и прочих помещениях влажную уборку с дезинфекцией проводят ежедневно между сменами и в конце рабочего дня.

На время уборки отключают все электроприборы на случай короткого замыкания.

В текущую уборку используют 1%-ный раствор хлорамина (хлорной извести, или 0,1% – ДП-2). Ветошь для уборки кабине-