

5. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ АМИДОПИРИНОВОЙ ПРОБЫ ОТМЕЧАЕТСЯ
 - 1) интенсивно-розовое окрашивание
 - 2) сине-зеленое окрашивание
6. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ФЕНОЛФТАЛЕИНОВОЙ ПРОБЫ ПОЯВЛЯЕТСЯ
 - 1) розовое окрашивание
 - 2) сине-зеленое окрашивание
7. СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОДВЕРГАЮТСЯ
 - 1) изделия, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой полости рта, носа, глаз и могут вызвать их повреждения
 - 2) изделия, соприкасающиеся с раневой поверхностью
 - 3) изделия, контактирующие с кровью и инъекционными препаратами
8. СТЕРИЛИЗАЦИЮ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
 - 1) физическим методом
 - 2) химическим методом
9. ПАРОВЫМ МЕТОДОМ МОЖНО СТЕРИЛИЗОВАТЬ
 - 1) общие хирургические и стоматологические инструменты
 - 2) детали приборов и аппаратов (наконечники бормашины) из коррозионно-стойких металлов, стекла
 - 3) шприцы с пометкой 200°C
 - 4) хирургическое белье
 - 5) перевязочный и шовный материалы (нити хирургические шелковые, капроновые)
 - 6) изделия из резины (перчатки, трубки, катетеры, дренажи), латекса и др.