

10. ВОЗДУШНЫМ МЕТОДОМ (СТЕРИЛИЗАЦИЯ СУХИМ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ) СТЕРИЛИЗУЮТ
 - 1) стоматологические инструменты
 - 2) хирургические инструменты
 - 3) детали приборов и аппаратов из коррозионно-стойких металлов, стекла
 - 4) шприцы с пометкой 200°C
 - 5) инъекционные иглы
 - 6) изделия из силиконовой резины

11. СРОК ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЙ, ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫХ В БУМАГЕ МЕШОЧНОЙ ВЛАГОПРОЧНОЙ, УПАКОВОЧНОЙ СОСТАВЛЯЕТ
 - 1) 5 суток
 - 2) 10 суток
 - 3) 20 суток

12. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ВКЛЮЧАЕТ
 - 1) дезинфекцию
 - 2) предстерилизационную очистку
 - 3) стерилизацию

13. ДЕЗИНФЕКЦИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОВОДЯТ С ЦЕЛЬЮ УНИЧТОЖЕНИЯ
 - 1) всех микроорганизмов, как патогенных, так и непатогенных, в том числе и споровых форм
 - 2) патогенных микроорганизмов
 - 3) патогенных и условнопатогенных микроорганизмов

14. ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННУЮ ОЧИСТКУ ИНСТРУМЕНТОВ ВЫПОЛНЯЮТ С ЦЕЛЬЮ
 - 1) удаления белковых, жировых и механических загрязнений
 - 2) удаления остатков лекарственных препаратов
 - 3) уничтожения споровых форм микроорганизмов