

15. СТЕРИЛИЗАЦИЮ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ЦЕЛЮ
- 1) уничтожения споровых форм микроорганизмов
 - 2) удаления белковых, жировых и механических загрязнений
 - 3) удаления остатков лекарственных препаратов
 - 4) уничтожения патогенных, непатогенных микроорганизмов, в том числе их споровых форм
16. ДЕЗИНФЕКЦИЮ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
- 1) кипячением
 - 2) паром под давлением
 - 3) сухим горячим воздухом
 - 4) растворами химических средств
17. ТИПЫ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ, ИСПОЛЪЗУЮЩИХСЯ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
- 1) надуксусная кислота
 - 2) перекись водорода
 - 3) щелочной глутаровый альдегид
 - 4) кислый глутаровый альдегид
 - 5) газовая плазма перекиси водорода
 - 6) гипохлорит
 - 7) хлорамин
 - 8) муобрормин
18. ДЕЗИНФЕКТАНТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ НАИБОЛЬШЕЙ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ ПО ОТНОШЕНИЮ К МЕТАЛЛАМ
- 1) надуксусная кислота
 - 2) перекись водорода
 - 3) щелочной глутаровый альдегид
 - 4) кислый глутаровый альдегид
 - 5) газовая плазма перекиси водорода
 - 6) гипохлорит
 - 7) хлорамин
 - 8) муобрормин