

2. Режим профилактики гнойных заболеваний, кишечных и капельных инфекций бактериальной природы, острых респираторных вирусных инфекций (грипп, аденовирусные заболевания и др.).
3. Режим профилактики туберкулеза.
4. Режим профилактики кандидоза.
5. Режим профилактики дерматофитии.

При отсутствии обоснованных показаний к применению более «жестких» режимов дезинфекцию проводят **по режиму для вирусных инфекций** (режим №1). Дезинфекция по этому режиму проводится при полном погружении инструментов в 2% раствор «Лизофина» на 15 минут, 3% раствор хлорамина на 60 минут или растворы других разрешенных к применению препаратов на время, рекомендованное фирмой-производителем.

Стоматологический инструментарий, использованный **при гнойных операциях и при лечении инфекционных больных**, подлежит обязательному обеззараживанию в комплексе 3% раствора перекиси водорода с моющими средствами «Астра», «Лотос», «Айна» или «Новость» при температуре 50 °С в течение 30 минут или «тройным раствором» в течение 45 минут.

Для профилактики **туберкулеза** инструменты дезинфицируют в 5% растворе хлорамина в течение 240 минут, в 2% растворе «Лизофина» в течение 15 минут или используют другие дезинфектанты, предназначенные для этих целей, например, «Деконекс 50 ФФ», «Деконекс 50 Плюс», «Деконекс 55 ЭНДО» и др.

Использованные перевязочные материалы, ватные валики и одноразовые медицинские изделия нельзя выбрасывать в мусорное ведро! Их обеззараживают в растворах хлорсодержащих средств: 3% растворе хлорамина 3% растворе хлорной извести в течение 120 минут, растворе «Жавелиона» в соответствии с инструкцией, а затем утилизируют.

При использовании для дезинфекции средств, фиксирующих органические загрязнения (альдегидсодержащие, спиртсодержащие), производят предварительную механическую очистку поверхности изделия ватно-марлевым тампоном.

После дезинфекции медицинских изделий, подлежащих стерилизации, проводят отмывание их от остатков дезинфицирующих