

Амидопириновая проба

5% спиртовой раствор амидопирина	1 мл
3% раствор перекиси водорода	1 мл
30% раствор уксусной кислоты	1 мл

Все ингредиенты смешать, смочить вату и протереть 1% инструментария не менее 1 из числа обработанного за сутки (по 1 экземпляру каждого вида). При положительной реакции появляется сине-зелёное окрашивание.

Фенолфталеиновая проба:

Проводится 1%-ным раствором фенолфталеина. При положительной реакции появится розовое окрашивание. Применение: для предстерилизационной очистки допускается применение перекиси водорода медицинской, а также технической марок А и Б.

Моющий раствор перекиси водорода синтетическим моющим препаратом можно использовать в течение суток с момента изготовления, с подогреванием до 6 раз. При появлении розовой окраски моющего раствора его меняют досрочно.

При использовании моющего раствора, состоящего из перекиси водорода и моющего средства «Лотос» («Лотос-автомат») применяют ингибитор коррозии – 0,14% олеат натрия («Лотос» 5 г, 1 мл пергидроля 27,5% - 1,4 г олеата натрия, 976 мл водопроводной воды).

Для приготовления моющего раствора необходимо иметь банку с отметками на 200, 795 мл и мерник для моющего средства с маркировкой.

Предстерилизационную обработку можно осуществлять с помощью ультразвуковой установки «Серьга» УЗМ 002, которая представляет собой устройство, предназначенное для предстерилизационной очистки стоматологического инструментария общего применения. Очистка инструмента производится в результате разрушения, отслоения и растворения загрязнений под действием ультразвукового поля.