

7. *Стерилизации подвергаются*
 - 1) изделия, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой полости рта, носа, глаз и могут вызвать их повреждения
 - 2) изделия, соприкасающиеся с раневой поверхностью
 - 3) контактирующие с кровью и инъекционными препаратами

8. *Стерилизацию осуществляют*
 - 1) физическим методом
 - 2) химическим методом

9. *Паровым методом можно стерилизовать*
 - 1) общие хирургические и стоматологические инструменты
 - 2) детали приборов и аппаратов (наконечники бормашины) из коррозионно-стойких металлов, стекла
 - 3) шприцы с пометкой 200°C
 - 4) хирургическое белье
 - 5) перевязочный и шовный материалы (нити хирургические шелковые, капроновые)
 - 6) изделия из резины (перчатки, трубки, катетеры, дренажи), латекса и др.

10. *Воздушным методом (стерилизация сухим горячим воздухом) стерилизуют*
 - 1) стоматологические инструменты
 - 2) хирургические инструменты
 - 3) детали приборов и аппаратов из коррозионно-стойких металлов, стекла
 - 4) шприцы с пометкой 200°C
 - 5) инъекционные иглы
 - 6) изделия из силиконовой резины