

11. *Срок хранения стерильности изделий, простерилизованных в бумаге мешочной влагопрочной, упаковочной составляет*
- 1) 5 суток
 - 2) 10 суток
 - 3) 20 суток
12. *Подготовка к работе хирургического и стоматологического инструментария включает*
- 1) дезинфекцию
 - 2) предстерилизационную очистку
 - 3) стерилизацию
13. *Дезинфекцию стоматологического инструментария проводят с целью уничтожения*
- 1) всех микроорганизмов, как патогенных, так и непатогенных, в том числе и споровых форм
 - 2) патогенных микроорганизмов
 - 3) патогенных и условнопатогенных микроорганизмов
14. *Предстерилизационную очистку инструментов выполняют с целью*
- 1) удаления белковых, жировых и механических загрязнений
 - 2) удаления остатков лекарственных препаратов
 - 3) уничтожения споровых форм микроорганизмов
15. *Стерилизацию инструментария осуществляют с целью*
- 1) уничтожения споровых форм микроорганизмов
 - 2) удаления белковых, жировых и механических загрязнений
 - 3) удаления остатков лекарственных препаратов
 - 4) уничтожения патогенных, непатогенных микроорганизмов, в том числе их споровых форм